

进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 牵头单位: 洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)
采购项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目
采购项目金额	400 万元人民币
拟采购进口产品名称	超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (√)	
采购单位阐述原因: <p>洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会拟采购超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)。经考察了解, 国内同类产品的清晰度、成像质量略低于进口产品, 且该产品不属于国家禁止进口产品。为了满足临床需要, 故申请采购进口产品。</p>	
专家论证意见: (不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)	
专家姓名:	张海丽
职称:	联系方式: 1337138611 副主医师 工作单位: 洛阳医院
<p>为确保手术的准确、安全性, 根据采购人具体需求, 进口产品相比国产同类产品的性能稳定性更高, 且安全度及故障率更可控, 且不属于国家禁止进口产品, 故建议采购进口产品。</p>	
专家签字:	张海丽 2023 年 6月14日

进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 牵头单位: 洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)		
采购项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目		
采购项目金额	400 万元人民币		
拟采购进口产品名称	超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)		
申请理由:	1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (√)		
采购单位阐述原因:	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会拟采购超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)。经考察了解, 国内同类产品的清晰度、成像质量略低于进口产品, 且该产品不属于国家禁止进口产品。为了满足临床需要, 故申请采购进口产品。		
专家论证意见:	(不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)		
专家姓名:	谭晓	联系方式:	13676907730
职称:	律师	工作单位:	河南天基律师事务所
<p>本次采购的产品不属于国家规定的限制类和禁止类进口产品的范围, 建议采购进口产品。</p>			
专家签字:	谭晓 2023年6月14日		

进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 牵头单位: 洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)
采购项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目
采购项目金额	400 万元人民币
拟采购进口产品名称	超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (√)	
采购单位阐述原因: 洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会拟采购超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)。经考察了解, 国内同类产品的清晰度、成像质量略低于进口产品, 且该产品不属于国家禁止进口产品。为了满足临床需要, 故申请采购进口产品。	
专家论证意见: (不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)	
专家姓名: 高留利	联系方式: 1539239237
职称: 工程师	工作单位: 洛阳市三院
因国产产品在技术上、清晰度上较进口产品具有一定差距, 且不属于国家禁止进口产品. 故同意采购进口产品.	
专家签字: 高留利	年 月 日

进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 牵头单位: 洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)
采购项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目
采购项目金额	400 万元人民币
拟采购进口产品名称	超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (<input checked="" type="checkbox"/>)	
采购单位阐述原因: <p>洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会拟采购超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)。经考察了解, 国内同类产品的清晰度、成像质量略低于进口产品, 且该产品不属于国家禁止进口产品。为了满足临床需要, 故申请采购进口产品。</p>	
专家论证意见: (不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)	
专家姓名: <u>单国周</u>	联系方式: 13838133582
职称: <u>主任医师</u>	工作单位: <u>郑州人民医院</u>
<p>采购人所采购的超高清胸腔镜要求高清图像、高成像速度以满足高清诊疗需要, 其中胸腔镜首次要求 30 度斜视镜、10mm 以内直径, 超广可浸泡气囊、高温高压消毒, 杆状镜头排列, 中心分辨率 $\geq 201\text{lp/mm}$; 小儿胸腔镜直径 $\leq 5\text{mm}$, 大孔距 $\leq 15\text{mm}$ HOPKINS 杆状镜头, 同时同置设备与进口产品差距大, 不能满足临床需求。高端腹腔镜系统要求宽视野 $1420\times 1080\text{P}$ 和 $1420\times 1080\text{P}$ 高清图像, 同时处理 3D 和 2D 图面信号, 冷光源 (LED 双臂), ≥ 30000 小时寿命, 纤维导光直径 $\geq 4.8\text{mm}$, 气腹机精确压力调节, $<0.1\text{L/min}$, ≥ 4 个 USB 接口, 同屏连接和处理数据, 目前国内设备无法同时满足技术需求和特殊临床需要。建议采购进口产品。</p> <p>专家签字: <u>单国周</u></p> <p>2023 年 6 月 14 日</p>	

进口产品专家论证意见

申请单位	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会 牵头单位:洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院)
采购项目名称	洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会腔镜类采购项目
采购项目金额	400 万元人民币
拟采购进口产品名称	超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)
申请理由: 1. 中国境内无法获取 () 2. 无法以合理的商业条件获取 () 3. 其他: (<input checked="" type="checkbox"/>)	
采购单位阐述原因: 洛阳市医疗卫生机构医疗设备联合会拟采购超高清胸腔镜 (1 套)、高端腹腔镜系统 (1 套)。经考察了解, 国内同类产品的清晰度、成像质量略低于进口产品, 且该产品不属于国家禁止进口产品。为了满足临床需要, 故申请采购进口产品。	
专家论证意见: (不可以只写同意, 应从技术指标和性能、需求和市场方面论证合理性和必要性, 并提出采购建议)	
专家姓名:	张娟
联系方式:	18339969800
职称:	主任医师
工作单位:	洛阳市第三人民医院
<p>根据采购人的需求, 在胸腔镜、腹腔镜等手术中, 对设备分辨率有较高要求。同时为确保手术的精确性、安全性, 进口产品在市场占有率、性能稳定性、技术来源等方面, 相比国产产品, 有着明显的优势。而进口产品相对国产产品设计制造工艺和材料精度要求也相对要高, 故建议采购进口产品。</p>	
专家签字:	张娟
年 月 日	